



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTOCOLO GERAL 437/2025
Data: 19/03/2025 - Horário: 11:18
Administrativo

OFICIO Nº 99/PMJ/SMS/GAB/2025

Juína – MT, 17 de março de 2025.

Ilustríssimo Senhor

Aelcio Moreira De Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Juína - MT

Prezado Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria e na oportunidade em resposta ao **Ofício nº 23/2025/ASS.LEG/CMJ** que faz referência ao **Requerimento Simples nº 04/2025** informamos que:

Requerimento 04/2025:

- 1) Local que estão armazenados as máquinas para realização de hemodiálise:** As máquinas estão armazenadas no depósito central da prefeitura.
- 2) Situação que se encontra esses maquinários:** Estão em bom estado de conservação, inclusive foi avaliado pela equipe do tribunal de contas em 2024.
- 3) Previsão das Instalação:** A previsão será informada após estrutura física adequada para o Centro de Hemodiálise.
- 4) Justificativa da não instalação até o presente momento:** A instalação de equipamentos de hemodiálise requer uma série de adaptações e atendimentos às normas e exigências específicas, conforme estabelecido pelos órgãos de Vigilância Sanitária como:

1. Infraestrutura adequada: O local deve contar com:

- Rede de gás medicinal para o fornecimento contínuo e seguro de oxigênio, ar comprimido e outros gases necessários.
- Estação de Tratamento de Água (ETA) de alta qualidade, que é essencial para garantir a pureza da água utilizada durante o processo de hemodiálise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. **Ambientes segregados e especializados:** A instalação deve contemplar a criação de salas específicas com as características adequadas, como:
- **Sala branca:** Sala destinada ao processo de filtração e depuração de substâncias indesejáveis do sangue, como a creatinina e a ureia.
 - **Sala amarela:** Sala destinada ao processo de filtração e depuração de substâncias indesejáveis do sangue, como a creatinina e a ureia. Essa sala em questão é específica para portadores de hepatite B.
3. **Equipamentos de emergência e segurança:** A unidade deve contar com equipamentos específicos para situações de urgência, como carrinhos de emergência devidamente abastecidos e com todos os insumos necessários para atendimento imediato.
4. **Recursos Humanos especializados:** A equipe de profissionais envolvidos deve ser composta por médico (nefrologista), enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Devido a essas condições estruturais e operacionais necessárias, o processo de instalação das máquinas de hemodiálise exige um planejamento e investimentos significativos.

5) **Número de pacientes de Juína que estão fazendo hemodiálise em outras cidades:**

Atualmente são 4 (quatro) pacientes que o município desloca para fazer tratamento em Tangará da Serra – MT.

Atenciosamente,

Jânia Ferreira Dias
Secretária de Saúde – Em Substituição Legal
Portaria n. 8597/2024